

# Tristel



只有对医疗器械进行了彻底清洁，才能实现有效灭菌。

Tristel Clean for Stella 器械清洗液能够有效去除含蛋白类的有机物质，如血液等。

如后续使用 Fuse™ 内镜消毒液进行灭菌，则无需中间漂洗。

- 本品可快速高效地分解有机物质和蛋白质
- 使用安全
- 有效期二年

Tristel Clean for Stella 器械清洗液带有 25mL 定量瓶口，每次使用时可轻松配给出正确剂量。





器械去污过程中，清洗和消毒一样重要。使用清洗液，可以去除污物和有机物；使用消毒剂则可有效杀灭多种有害微生物。

许多指南纷纷强调了清洗环节在器械去污过程中的重要性。若无清洗环节，器械表面的杂质会影响消毒剂的活性成分，降低消毒效果。

表面残留的有机物会阻碍消毒剂破坏微生物细胞。在污染环境下，消毒剂的消毒效果会降低，这也论证了消毒前的清洁对于有效消毒的重要性。<sup>1</sup>

参考文献：

[1] Tristel Solutions Ltd (2016) *The Importance of Cleaning before Disinfecting*



根据欧盟医疗器械指令2017/745，  
Tristel Clean for Stella器械清洗液通过CE认证为I类医疗器械。

