

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性			
制造商	器械类型	器械系列	型号
Alpinion Medical	皮肤表面探头	不适用	MP1-5X, SP1-5, SP1-5i, SP1-5T, SP1-5X, SP3-8, SP3-8T, SC1-4H, SC1-4HS, SC1-6, SC1-6H, C1-6, C1-6T, C1-6i, C1-6i, C5-8, C5-8N, C5-8NT, L3-12, L3-12H, L3-12HWD, L3-12i, L3-12T, L3-12X, L3-8, L3-8i, L8-17, L8-17i, L8-17X, CW2.0, CW5.0
	腔内超声探头		E3-10, E3-10H, EC3-10, EC3-10H, EC3-10T, EC3-10X, EN3-10, EV3-10, EV3-10H, EV3-10T, EV3-10X
	术中超声探头		IO3-12, IO8-17, IO8-17T
Bard	超声系统	不适用	Site~Rite 8
	皮肤表面探头		32MM Linear Probe
			20MM Linear Probe
BK Medical / BK Ultrasound	皮肤表面探头	bk3000/bk5000	5P1, 6C2, 6C2s, 9C2, N13C5
			8L2, 18L5, 14L3, 13L4W, 10L2W
	腔内超声探头		E10C4
			E14C4t , E14C4, E14CL4b, 20R3
			I14C5T, N11C5s, I12C4f, X18L5s, I14C5I, I12C5b, X12C4
	术中超声探头	Flex Focus & Pro Focus	8862, 8863, 8836, 8814, 8815, 8816, 8824
	腔内超声探头		2050, 2052, 8808, 8808e, 8818, 8838, 8848
	超声单元	bk3000	不适用
		bk3500	
		bk5000	
		Flex Focus	
Canon (Toshiba)	皮肤表面探头	Aplio	PLI-705BX, PLI-1205BX, PLI-2004BX
			PSI-70BT, PSI-30BX, PSI-30VX, PSI-40VX, PSI-50VX
			PST-28BT
			PVI-475BX, PVI-475BT, PVI-574BX
			PVT-482BT, PVT-574BT, PVT-675MVS
		Aplio & Viamo	PLT-1005BT, PLT-1204BT, PLT-1204BX, PLT-1204ST, PLT-604AT, PLT-704AT, PLT-704SBT, PLT-704ST, PLT-705BT, PLT-805AT, PLT-1202S
			PST-25ST, PST-30BT, PST-50BT
			PVT-375BT, PVT-375SC, PVT-382BT, PVT-712BT
			PC-20M, PC-50M

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Canon (Toshiba)	皮肤表面探头	Xario	PLU-704BT, PLU-308BTP
			PSU-25BT, PSU-30BT, PSU-50BT, PSU-70BT
			PVU-375BT, PVU-382BT
	术中超声探头	Aplio	PLT-1202BT
		Aplio & Viamo	PLT-308P, PLI-2002BT, PLT-308BTP, PLT-705BTF PLT-705BTH
			PVT-375ST, PVT-681MVL, PVT-745BTF, PVT-745BTH PVT-745BTV
		Xario	PLU-1202BT
			PVU-745BTF, PVU-745BTH, PVU-745BTV, PVU-770ST
	腔内超声探头	Xario	PVL-715RS
			PVU-681MVL, PVU-781VTE
		Aplio & Viamo	PVT-661VT, PVT-674BT, PVT-770RT PVT-781VT, PVT-781VTE
Carestream	皮肤表面探头	不适用	6C2, 6C2s, 9C2, 14L3, 13L4w, 10L2w, 18L5, N13C5, 5P1
	腔内超声探头		E14C4t, E14C4, E14CL4b, E10C4, 20R3
Esaote	腔内超声探头	不适用	EC123, EC1123
	术中超声探头		IOE323
	兽用腔内超声探头		LA vet probe
GE Healthcare	皮肤表面探头	Invenia ABUS	不适用
	皮肤表面探头	Logiq系统 - E9	C1-5-D, C1-6-D, C2-9-D, M6C-D, 9L-D, 11L-D, ML6-15-D, 6S-D, RAB2-5-D, RAB4-8-D
	腔内超声探头		IC5-9-D, RIC5-9-D
	术中超声探头		L8-18i-D
	皮肤表面探头	Logiq系统 - S7	C1-5-D, 8C, 9L-D, 11L-D, ML6-15, L8-18i-D, RAB4-8-D
	腔内超声探头		IC5-9-D
	皮肤表面探头	Logiq P系列	4C, 5CS, 8C, 8L, 9L, 11L, ML6-15, 5S, 6S, 7S, 4D3C-L, 4D5C-L
	腔内超声探头		BE9CS, E8C, E8CS, 4DE7C
	术中超声探头		I739, T739
	皮肤表面探头	Logiq C系列	C2-5-RC, L6-12-RC, 3S-RC
	腔内超声探头		E8CS-RC
	皮肤表面探头	Logiq A系列	3.5CS, 5CS, 8C, 8L, 9L, 10L, 11L, 12L, 3S, 5S, 7S
	腔内超声探头		BE9CS, E8CS
	术中超声探头		I739, T739
	皮肤表面探头	Logiq E系列	4C-RS, 8L-RS, 9L-RS, 12L-RS, 3S-RS, 6S-RS
	腔内超声探头		E8C-RS
	术中超声探头		8C-RS, I12L-RS, I739-RS, T739-RS
	皮肤表面探头	Vivid E9	4C-D, 9L-D, 11L-D, ML6-15-D, 6S-D, 12S-D, 4VD

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
GE Healthcare	皮肤表面探头	Vivid P系列	4C, 5CS, 8C, E8CS, 8L, 11, T739, 3S, 6S
	腔内超声探头		E8CS
	术中超声探头		T739
	皮肤表面探头	Vivid S/e/i/q系列	4C-RS, 8L-RS, 9L-RS, 12L-RS, 3S-RS, 3Sc-RS, 5S-RS, 6S-RS, 7S-RS, 12S-RS, M4S-RS
	腔内超声探头		E8C-RS
	术中超声探头		8C-RS
	皮肤表面探头	Voluson Expert系列	4C-RS, 8L-RS, 9L-RS, 12L-RS, 3S-RS, 3Sc-RS, 5S-RS, 6S-RS, 7S-RS, 12S-RS, M4S-RS
	腔内超声探头		E8C-RS
	术中超声探头		8C-RS
	皮肤表面探头	Voluson Performance系列	4C-RS, 12L-RS, 3Sc-RS, RAB2-5-RS
	腔内超声探头		E8C-RS, RIC5-9W-RS
	皮肤表面探头	Voluson Signature系列	4C-RS, AB2-7-RS, C1-5-RS, 9L-RS, 12L-RS, ML6-15-RS, 3Sc-RS, RAB2-5-RS, RAB4-8-RS,
	腔内超声探头		E8C-RS, RIC5-9W-RS
	术中超声探头		8C-RS
	皮肤表面探头	Venue 40系列	4C-SC, 12L-SC, L8-18i-SC, 3S-SC
	腔内超声探头		E8CS-SC
Healcerion	便携超声设备	不适用	SONON 300C
Hitachi	超声单元	Arietta 60	不适用
		Arietta 70	
		F31	
		F37	
		Hi-Vision Ascendus	
		Hi-Vision Avius	
		Hi-Vision Preirus	
		Noblus	
		ProSound Alpha 6	
		ProSound Alpha 7	
		ProSound F75	
	术中超声探头	不适用	C22I, C22K, C22P, C25P, C22T, C41, C42K, C42T
			EUP-O53T, EUP-O54J, EUP-O732T
			L43K, L44K, L44LA1, L46K, L46K1, L51K, L53K
			S31KP
			UST-52114P, UST-533, UST-534, UST-536, UST-5534T-7.5, UST-579T-7.5, UST-9120, UST-9132I, UST-9132T, UST-9146T, UST-995-7.5
	皮肤表面探头	不适用	C25, C252, C35, C42
			EUP-C715, EUP-S50A, EUP-S52, EUP-S63, EUP-S70, EUP-S72, EUP-S80
			L34, L44, L441, L55, L64
			S12, S21, S31
			VC41V

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Hitachi	皮肤表面和活检探头	不适用	C251
	腔内超声探头	不适用	C41B, C41L47RP, C41RP, C41V, C41V1, CC41R, CC41R1, CL4416R
			EUP-CC531, EUP-CC531S, EUP-R54AW-19, EUP-R54AW-33, EUP-U531, EUP-U533
			UST-664-5/7.5, UST-666-5/7.5, UST-675P, UST-676P, UST-9118, UST-9124, UST-984-5, UST-669-5/7.5, UST-672-5/7.5, UST-678
			R41R, R41RL
	心脏连续波多普勒	不适用	UST-2265-2, UST-2266-5
	活组织检查	不适用	EUP-B512, EUP-B514, EUP-B712, EUP-B715
			UST-5045P-3.5, UST-9135P
	不适用	不适用	ASU-1000B-3.5, ASU-1000C-3.5, ASU-1001, ASU-1002, ASU-1003, ASU-1005, ASU-1009, ASU-1010, ASU-1011, ASU-1012, ASU-1013, ASU-35-3, ASU-35CWD-2, ASU-35WL-10, ASU-35WSJ-7.5, ASU-36WL-10, ASU-64B, ASU-65B, ASU-67
			EUP-B314, EUP-C321T, EUP-C511, EUP-C514, EUP-C516, EUP-C524, EUP-C532, EUP-CV714, EUP-F334, EUP-F531, EUP-L34T, EUP-L52, EUP-L53, EUP-L53L, EUP-L53S, EUP-L54MA, EUP-L73S, EUP-L74M, EUP-L75, EUP-LS85, EUP-O33JA
			L53K1
			S121, S211, S22, S42, SML44
	不适用	不适用	UST-5024N-3.5, UST-5037P-3.5, UST-5039P-3.5, UST-5043P-3.5, UST-5044-3.5, UST-5046-3.5, UST-5047-5, UST-52103, UST-52105, UST-52108, UST-52109, UST-52124, UST-52127, UST-52129, UST-5226D-3.5/2, UST-5236D-2.5/2, UST-5242D-2.5/2, UST-5244-3.5, UST-5255-2.5, UST-5256-3.5, UST-5257-5, UST-5263D-2.5/2, UST-5265-2.5, UST-5266-3.5, UST-5267-5, UST-5268P-5, UST-5274-2.5, UST-5275-3.5, UST-5276-5, UST-5279-3.5, UST-5281-5, UST-5283-2.5, UST-5284-2.5, UST-5285-3.5, UST-5286-2.5, UST-5287-3.5, UST-5292-5, UST-5294-5, UST-5295, UST-5296, UST-5297, UST-5298, UST-5299, UST-535, UST-5410, UST-5410H, UST-5411, UST-5412, UST-5413, UST-5415, UST-5417, UST-5419, UST-547, UST-5512U-7.5, UST-5514DTU-7.5, UST-5515-7.5, UST-5521L-7.5, UST-5523L-7.5, UST-5524-5, UST-5524-7.5, UST-5526L-7.5, UST-5531, UST-5539-7.5, UST-5540P-7.5, UST-5542, UST-5543, UST-5545, UST-5546, UST-5548, UST-5551, UST-5561-7.5, UST-556T-7.5, UST-556TU-7.5, UST-567, UST-568, UST-5710-7.5, UST-5711-7.5, UST-5712, UST-5713T, UST-574T-7.5, UST-575-7.5, UST-576T-7.5, UST-577-7.5, UST-5818-5, UST-5819T-5, UST-657-5, UST-660-7.5, UST-665P-5, UST-667P-5, UST-670P-5, UST-677P, UST-9101-7.5, UST-9102-3.5, UST-9102U-3.5, UST-9103-5, UST-9104-5, UST-9111-5, UST-9112-5, UST-9113P-3.5, UST-9114-3.5, UST-9115-5, UST-9116P-5, UST-9119, UST-9121, UST-9123, UST-9125-7.5, UST-9126, UST-9127, UST-9128, UST-9130, UST-9133, UST-9136, UST-9136U, UST-9137, UST-9145, UST-9146I, UST-9147, UST-9148, UST-9149, UST-9151, UST-932-5, UST-932-7.5, UST-935N-5, UST-939-3.5, UST-939D-3.5, UST-943-3.5, UST-944B-3.5, UST-945B-5, UST-945BP-5, UST-952-5, UST-953P-5, UST-954-5, UST-957-7.5, UST-961-5, UST-961-7.5, UST-964P-5, UST-968P-5, UST-969-5, UST-970-7.5, UST-972-3.5, UST-974-5, UST-975-7.5, UST-977-5, UST-978-3.5, UST-979-3.5, UST-980-5, UST-980P-5, UST-981-5, UST-981P-5, UST-984P-5, UST-985-7.5, UST-987-7.5, UST-988-2.5, UST-989-3.5, UST-989D-3.5, UST-990-5, UST-992-5, UST-994P-5, UST-996P-5, UST-MC11-8731

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Mindray	皮肤表面探头	不适用	10L24EA
			2P2, 2P2s, 2P2P
			35C20EA, 35C50EA, 35C50EB, 35C50P, 3C1. 3C1p, 3C1s, 3C5, 3C5s, 3C5A, 3C5P
			65C15EA, 6C2, 6C2P, 6C2s
			75L38EA, 75L38EB, 75L38P, 75L53EA, 75L60EA, 75LT38EA, 7L4, 7L4A, 7L4B, 7L4P, 7L4s, 7L5, 7L5P, 7L5s, 7L6, 7L6s, 7LT4s
			C11-3E, C11-3s, C11-3U, C5-1, C5-2, C5-1E, C5-1s, C5-1U, C5-2E, C5-2s, C6-2, C6-2E, C6-2Gs, C6-2GU, C7-3E
			D6-2, D6-2E, D6-2P, D7-2s, D7-2, D7-2E, DE11-3P, DE11-3s, DE11-3U
			L9-3E, L9-3s, L9-3U, L11-3U, L11-4, L11-4s, L11-3VNs, L12-3, L12-3E, L12-3s, L12-4, L12-4s, L13-3, L14-6, L14-6N, L14-6NE, L14-6NP, L14-6Ns, L14-6P, L14-6s, L14-6WE, L14-6Ws, L14-6WU, L7-3, L7-3E, L7-3s, L9-3U, LM14-6E, LM14-6s, LM16-4U
			P10-4E, P10-4s, P10-4U, P4-2, P4-2E, P4-2NE, P4-2Ns, P4-2s
	SC6-1E, SC6-1U, SD8-1E, SP5-1, SP5-1E, SP5-1s, SP5-1U		
	腔内超声探头	不适用	65EB10EA, 65EC10EA, 65EC10EB, 65EC10EC, 65EC10ED, 65EL60EA, 6CV1, 6CV1P, 6CV1s, 6LB7, 6LB7E, 6LB7P, 6LB7s, 6LE7, 6LE7P, 6LE7s
			75L50EAV
			CB10-4, CB10-4A, CB10-4E, CB10-4P
			DE11-3E
			V10-4, V10-4B, V10-4BP, V10-4Bs, V10-4P, V10-4s, V11-3, V11-3BE, V11-3B, V11-3E, V11-3HE, V11-3Hs, V11-3HU, V11-3WE, V11-3Ws
	术中超声探头	不适用	7LT4, 7LT4P
			C6-2GE
	VET	不适用	50L60EAV
65L50HAV, 65C15EAV, 6LE5V, 6LE5Vs, 6LE5VP			
Philips	腔内超声探头	Affiniti	3D9-3v
	皮肤表面探头		C5-1
			C6-2 Compact
			C8-5 Compact
			L12-3
			L12-4 Compact
			L12-5 Compact
			术中超声探头

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Philips	皮肤表面探头	Affiniti	S12-4 Compact
			S4-2 Compact
			S5-1
			S8-3 Compact
			V6-2
	腔内超声探头	ClearVue	3D9-3v
	皮肤表面探头		C-2
			L12-4
			S4-1
			V6-2
	腔内超声探头	EPIQ	3D9-3v
	皮肤表面探头		C5-1
			C8-5 Compact
			L12-3
			L12-5 Compact
			L15-7io
	术中超声探头		S12-4 Compact
	皮肤表面探头		S5-1
			S8-3 Compact
			V6-2
			X5-1
			X7-2
	腔内超声探头	HD11	3D9-3v
	皮肤表面探头		C5-2
	L12-3		
	术中超声探头		L15-7io
	皮肤表面探头	HD11 XE	V6-2
	腔内超声探头	HD15	3D9-3v
	皮肤表面探头		C5-1
			C5-2
			L12-3
			L15-7io
	术中超声探头	iU22	V6-2
	皮肤表面探头		3D9-3v
	腔内超声探头		C5-1

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Philips	术中超声探头	iU22	L15-7io
	皮肤表面探头		S4-1
			S5-1
			V6-2
			X7-2
		CX50	C5-1
	C8-5 Compact		
	L12-3		
	L12-5 Compact		
	L15-7io		
	S12-4 Compact		
	S5-1		
	S8-3 Compact		
	皮肤表面探头	iE33	C5-1
			C5-2
			L15-7io
			S5-1
			X5-1
			X7-2
	术中超声探头	Sparq	C5-1
			C6-2 Compact
			L12-4 Compact
			L15-7io
			S4-2 Compact
	皮肤表面探头	HD5	C5-2
			L12-3
S8-3 Compact			
V6-2			
HD6		C5-2	
		L12-3	
HD7		L12-3	
术中超声探头		Lumify	C5-2
	L12-4		
	S4-1		
术中超声探头	Xperius	L12-4	

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号	
Philips	皮肤表面探头	Xperius	C5-2	
		CX30	C8-5 Compact	
	术中超声探头		L12-4 Compact	
			L15-7io	
			S4-2 Compact	
			S8-3 Compact	
		皮肤表面探头	不适用	3D6-2
	3D8-4			
	7.5MHZ Endo			
	BP10-5ec			
	C10-3v			
	C10-4ec			
	C6-3			
	C8-4v			
	C8-5			
	C9-2			
	C9-3io			
	C9-3v			
	C9-4			
	腔内超声探头	不适用		C9-4ec
				C9-4v
			C9-4v Compact	
			C9-5ec	
	皮肤表面探头	不适用	L11-3	
			L12-5	
			L17-5	
			L18-5	
			L8-4	
			L9-3	
			S12	
			S12-4	
			S3-1	
S4-2				
S5-2				
S8				
S8-3				
V8-4				
VL13-5				
X3-1				
X6-1				

雀艾斯达™超声探头消毒液与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Samsung	腔内超声探头	不适用	ER4-9/10ED
			V5-9
			3D4-9(ES)
			EVN4-9/10ED
	皮肤表面探头	不适用	CA1-7A
			C2-6(IC)
			CA2-8A
			CF2-8
			CA2-8AD
			L5-13(IS)
			L7-16(IS)
			LA3-16AI
			L3-12A
			LA3-14AD
	L5-13/50		
皮肤表面探头	不适用	CV1-8A, CV1-8AD, C2-8(ED), CA2-9A, CA2-9AD, CA1-7AD, CA2-6BM, L3-8(ED), LA3-14AD, LA3-14A, PA1-5A, PA1-5AD, SP3-8	
腔内超声探头		3DC-6(EN), 3D4-9(ES), EV3-10B, EVN4-9, EC4-9(CD), VR5-9, E3-12A, EA2-11B	
术中超声探头		LS6-15	
SonoSite Fujifilm	腔内超声探头	不适用	C8x
Supersonic Imagine	腔内超声探头	Aixplorer	SE12-3
	皮肤表面探头		SL15-4
			SC6-1
Verathon	皮肤表面探头	BladderScan	BladderScan Prime Plus

声明:材料兼容性测试采用擦拭和浸泡2种方式。被测材料使用不同的检测周期。
如需更多信息,请电邮至888@tristel.com与我们联系。

Tristel™ | 雀艾斯达™

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Val-1144-1 - March 2020
如需更多Tristel专利信息,请访问: <http://www.our-patents.info/tristel>

制造商: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

在华责任单位: 雀艾斯达医疗器械(上海)有限公司
上海市黄浦区淡水路277号二层203室
电话 +86 (21) 8016 2555 - 邮箱 888@tristel.com

关注微信公众号
获取更多信息
并可更新培训证书

